КОМПЛЕКТ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (КВП)

Заводской № _____

Паспорт

БАЖК.425919.059 ПС

Утвержден
БАЖК.425919.059 ПС-ЛУ

КОМПЛЕКТ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (КВП)

Паспорт

БАЖК.425919.059 ПС

Содержание

1 Общие указания 4
2 Основные сведения об изделии и технические данные 5
3 Комплектность 6
4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании 9
5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 9
5.1 Заключение изготовителя 9
5.2 Заключение представителя заказчика 12
6 Особые отметки 13

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией комплекта вибропреобразователя (КВП) БАЖК.425919.059 (далее по тексту – КВП) необходимо внимательно ознакомиться с его эксплуатационной документацией.

1.2 Записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.3 В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации КВП.

1.4 Сведения по предъявлению рекламаций на качество КВП приведены в эксплуатационной документации на изделие «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004 (далее по тексту – изделие).

1.5 Сведения по утилизации приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 КВП предназначен для работы в составе изделия «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004.

2.2 КВП предназначен для эксплуатации на металлических конструкциях и выполняет преобразование механических колебаний конструкции в электрические сигналы и передачу сигналов в блок электронный изделия.

Типы металлических конструкций, на которых эксплуатируется КВП, приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2.3 КВП относится к группе назначения 1.10, к группе исполнения 1.10.2 по ГОСТ Р 52860-2007, климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II и предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещении или на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

2.4 КВП имеет степень защиты оболочкой IP67 (для вибропреобразователя) и IP54 (для коробки коммутационной) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

2.5 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

2.5.1 КВП драгоценных материалов, подлежащих учету, не содержит.

2.5.2 Комплект монтажных частей (КМЧ) БАЖК.425911.097 содержит медь и сплавы на медной основе – 0,28 кг.

2.6 Масса КВП брутто не более 3,5 кг (справочно).

2.7 Габаритные размеры транспортной тары – 410×410×130 мм (справочно).

2.8 Сведения о конструкции, монтаже и эксплуатации КВП приведены в эксплуатационной документации на изделие.

3 Комплектность

3.1 Комплектность КВП приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количе-ство, шт.	Заводской номер	Примечание
БАЖК.425919.059	Комплект вибропреобразователя (КВП)	1		
	Составные части изделия			
БАЖК.433642.018	Вибропреобразователь (ВП)	2		Группа чувствительности ВП указана в разделе «Особые отметки».
БАЖК.433642.018 ЭТ	Этикетка	2	-	
БАЖК.468352.013	Коробка коммутационная (КК)	1		
БАЖК.425911.097	Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:	1	-	
-	Скоба 003 ОСТ 95 1073-73	12	-	1)
-	Дюбель У656 УЗ ТУ 36-941-79	14	-	2), 3)
-	Винт А.М3-6g×16.36.016 ГОСТ 17473-80	6	-	4)
-	Гайка М3-6Н.5.016 ГОСТ 5927-70	6	-	4)
-	Шайба 3.01.026 ГОСТ 10450-78	12	-	4)

Продолжение таблицы 3.1

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
БАЖК.745482.002	Скоба	2	-	5)
БАЖК.745482.003	Скоба	2	-	6)
БАЖК.745482.004	Скоба	2	-	7)
БАЖК.745482.005	Скоба	2	-	8)
БАЖК.757451.003	Кабель	10 м	-	Кабель КМС-2п ТУ 16-505.758-75
-	Резистор С2-33Н-0,25-510 кОм±5 %-А-Д-В ОЖО.467.093 ТУ	1	-	
БАЖК.425915.157-01	Упаковка	1	-	
	Эксплуатационная документация			
БАЖК.425919.059 ПС	Паспорт	1	-	

1) Для крепления соединительных кабелей.

2) Допускается замена на дюбель другой марки диаметром 6 мм, длиной от 25 до 30 мм и шуруп 1-4×30.016 ГОСТ 1144-80 или шуруп диаметром 4 мм, длиной 30 мм с любой формой головки и шлица. Допускается дюбели шайбами не комплектовать.

3) Для крепления соединительных кабелей и коробки коммутационной.

4) Для крепления вибропреобразователей.

5) Для крепления вибропреобразователей на металлическом прутке диаметром от 8 до 10 мм.

6) Для крепления вибропреобразователей на металлическом прутке диаметром от 16 до 18 мм.

7) Для крепления вибропреобразователей на металлическом прутке диаметром от 20 до 22 мм.

8) Для крепления вибропреобразователей на металлическом прутке диаметром от 30 до 32 мм.

4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

4.1 Комплект вибропреобразователя (КВП) БАЖК.425919.059 заводской № _____ упакован изготовителем согласно требованиям инструкции по упаковыванию БАЖК.425118.004 И28.

4.2 Тара опломбирована ОТК изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм:

«_____» «_____».

Дата упаковывания «____» _____ 20___ г.

Упаковывание произвел_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

Упаковывание приняли:
контролер ОТК_____ _____
подпись расшифровка подписи

представитель заказчика_____ _____
подпись расшифровка подписи

5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

5.1 Заключение изготовителя

5.1.1 Комплект вибропреобразователя (КВП) БАЖК.425919.059 заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий БАЖК.425919.059 ТУ и признан годным для эксплуатации.

5.1.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества КВП требованиям технических условий БАЖК.425919.059 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ИЗДЕЛИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СНИМАЮТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

Гарантийный срок с приемкой ОТК – 18 месяцев с даты отгрузки.

Гарантийный срок с приемкой представителем заказчика – 2 года с даты изготовления.

Изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику КВП ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки КВП; заменяет за свой счет КВП ненадлежащего качества КВП, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков КВП).

Руководитель
предприятия-изготовителя

МП _____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Начальник ОТК

_____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

5.1.3 Адрес изготовителя:

5.2 Заключение представителя заказчика

5.2.1 Комплект вибропреобразователя (КВП) БАЖК.425919.059 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БАЖК.425919.059 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП _____ _____

подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

6 Особые отметки

6.1 КВП укомплектован вибропреобразователями с чувствительностью «_____» группы.[1)]

[1)] Заполняется изготовителем.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	заменных	новых	аннулированных					